

Ez a hirdetés a TED weboldalán: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115206-2018:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Esztergom: Orvosi felszerelések  
2018/S 052-115206**

**Korrigendum**

**Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetés**

**Árubeszerzés**

**(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 017-034552)**

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek**

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom  
AK09294  
Petőfi Sándor utca 26–28.  
Esztergom  
2500  
Magyarország  
Kapcsolattartó személy: Dr. Fetter Ádám  
Telefon: +36 706026938  
E-mail: [fetter.adam@gmail.com](mailto:fetter.adam@gmail.com)  
Fax: +36 33542301  
NUTS-kód: HU212  
**Internetcím(ek):**  
Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.vaszary.hu>

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) A beszerzés mennyisége**

**II.1.1) Elnevezés:**

Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére betegazonosító rendszer, laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez, PCR-automata, kézfertőtlenítő adagolók, endoszkóposógép, vízfertőtlenítő

**II.1.2) Fő CPV-kód**

33100000

**II.1.3) A szerződés típusa**

Árubeszerzés

**II.1.4) Rövid meghatározás:**

Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059 pályázat keretében adásvételi szerződés, a Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére egységes betegazonosító rendszer valamint laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez valamint PCR-automata valamint kézfertőtlenítő adagolók valamint endoszkóposógép valamint vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése.

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.5) E hirdetés feladásának dátuma:**

12/03/2018

VI.6) **Az eredeti hirdetmény hivatkozásai**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2018/S 017-034552](#)

**VII. szakasz: Változások**

VII.1) **A módosítandó vagy megadandó információ**

VII.1.2) **Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész**

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 1

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

„A 3 db nővérpult elérését WiFi hálózaton kell biztosítani.”

Helyesen:

„Az 5 db nővérpult elérését WiFi hálózaton kell biztosítani.”

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

A következő helyett:

Dátum: 13/03/2018

Helyi idő: 12:00

Helyesen:

Dátum: 22/03/2018

Helyi idő: 12:00

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 13/03/2018

Helyi idő: 12:00

Helyesen:

Dátum: 22/03/2018

Helyi idő: 12:00

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: a közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

"a termék rendelkezik CE IVD jelzéssel és magyar regisztrációval"

„Ajánlatkérő magyar regisztráció alatt a forgalomba hozatali engedélyt érti.”

Helyesen:

„CE IVD jelzéssel és magyar regisztrációval a számítógépnek nem kell rendelkeznie.”

„a termék rendelkezzen CE IVD jelzéssel és forgalomba hozatali engedéllyel.”

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 4

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

"Adagolónként 5 db kézfertőtlenítő utántöltő patron biztosítása (összesen 805 db)."

Helyesen:

„805 liternek megfelelő utántöltő patron.”

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 5

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

„A készülék mosó kamrájának anyaga: rozsdamentes acél.”

Helyesen:

„A készülék mosó kamrájának anyaga: rozsdamentes acél vagy műanyag vagy üvegszállal erősített, organikus üveg ”

„Az alkalmazandó rendszer elégítse ki az EN ISO 15883-4 szabvány előírásait.”

VII.2) **További információk:**

Műszaki leírás 1. része tekintetében az alábbiakkal kiegészül:

Karpánt eszköztulajdonságok:

140 db levétel elleni védelemmel ellátott karszalag

Műszaki leírás 2. része tekintetében Ajánlatkérő az önálló, Windows-al működő számítógép elvárását a számítógéppel szemben támasztja, az összes többi elvárást pedig az immunkémiai automatával szemben írta elő.

Műszaki leírás 2. része tekintetében „átszennyeződés mentes működés egyszer használatos pipetta hegyek és csövek használata révén”, mint műszaki minimum követelményként való előírást törli és azt csak értékelési szempontként veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során.

Műszaki leírás 3. része tekintetében „Mérési idő legfeljebb 30 perc" mint minimum műszaki követelményként való előírást törli és azt csak értékelési szempontként veszi figyelembe az ajánlatok értékelése során.

Műszaki leírás 5. része „Az alkalmazandó rendszer elégítse ki az EN ISO 15883-4 szabvány előírásait.” előírással kiegészül.

Jelen korigendum és a módosított Közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) minden eddig regisztrált és érintett gazdasági szereplő számára megküldése kerül.