



Tárgy: Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059 pályázat keretében adásvételi szerződés, a Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére egységes betegazonosító rendszer valamint laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez valamint PCR-automata valamint kézfertőtlenítő adagolók valamint endoszkóp mosógép valamint vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése.

Kiegészítő tájékoztatás kérésre válasz

Tisztelt Ajánlattevő(k)!

Alulírott, Dr. Fetter Ádám (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház képviseletében (székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.) képviseletében a kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást (válaszokat) a Kbt. 56. § alapján az alábbiakban küldjük meg:

1.Kérdés: A Műszaki leírás 4. részében Tisztelt Ajánlatkérő elfogad-e az egészségügyi felhasználás szempontjából tartósabb anyagszerkezetű és kialakítású, viszont funkciójában megegyező fém házzal rendelkező adagolót.

1.Válasz: Ajánlatkérő elfogadja a tartósabb anyagszerkezetű és kialakítású, viszont funkciójában megegyező fém házzal rendelkező adagolót is.

2.Kérdés: A Műszaki leírás 4. részében Tisztelt Ajánlatkérő 805 db adagoló patron biztosítását kéri, viszont nem jelöli meg a patron kiserelését. A kiserelés kiemelten fontos az ár összehasonlítás és bírálat szempontjából, mivel 805 db 500ml-es palackkal pályázó esetében az ár alacsonyabb lesz a 805 db 1000ml-es palackkal pályázókkal szemben. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt adja meg, hogy a pályázat során hol kell feltüntetni a pályázó termék kiserelését, amely által a Tisztelt Ajánlatkérő biztosítani tudja a megfelelő összehasonlíthatóságot és bírálatot.

2.Válasz: Ajánlatkérő a műszaki leírásban szereplő Adagolónként 5 db kézfertőtlenítő utántöltő patron biztosítása (összesen 805 db) előírást pontosítja akként, hogy Ajánlatkérő számára az utántöltő patronok darabszáma irreleváns.


Ajánlatkérő számára a kiserelés úrmértéke sem lényeges, ajánlatkérő a 805 db utántöltő patron helyett 805 liter utántöltő patron szállítását kéri.

Ajánlatkérő tehát a 161 darab kéz fertőtlenítőszer adagoló valamint az adagoló berendezéshez szükséges 805 liternek megfelelő utántöltő patronra vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati árat kéri a felolvasólapon feltüntetni.

Kérjük a levél kézhezvételét követően haladéktalanul e-mail útján igazolják vissza ügyintézőnk részére, hogy azt teljes terjedelemben (2 oldal) megkapták-e.

Esztergom, 2018. február 9.

Tisztelettel:



Dr. Fetter Ádám
Felső akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
00186