



Tárgy: Ajánlattevői kérdés – „Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059 pályázat keretében adásvételi szerződés, a Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére egységes betegazonosító rendszer valamint laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez valamint PCR automata valamint kézfertőtlenítő adagolók valamint endoszkóp mosogatógép valamint vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése” 2018/S 017-034552 beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan

Kiegészítő tájékoztatás kérésre válasz

Tisztelt Ajánlattevő(k)!

Alulírott, Dr. Fetter Ádám (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház képviselőjében (székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.) képviselőjében a kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást (válaszokat) a Kbt. 56. § alapján az alábbiakban küldjük meg:

A tárgyi eljárás 5. részajánlati körével kapcsolatban feltett kérdéseikre, észrevételeikre az alábbi válaszokat adjuk a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében.

1. kérdés: „A készülék mosó kamrájának anyaga: rozsdamentes acél.”

Számos vezető gyártó endoszkóp mosó-fertőtlenítő automatájának mosó kamra anyaga nem rozsdamentes acél, hanem direkt az endoszkópok számára kialakított műanyag. Kérdésünk, hogy elfogadható- e olyan készülék is, amelynek mosó kamrája rozsdamentes, pl. műanyag?

**1. válasz:** Ajánlatkérő elfogad olyan készüléket is melynek kamrája nem rozsdamentes acél, hanem pl. műanyag.

Kérjük a levél kézhezvételét követően haladéktalanul e-mail útján igazolják vissza ügyintézőnk részére, hogy azt teljes terjedelemben (1 oldal) megkapták-e.

Esztergom, 2018. február 13.

Tisztelettel:

**Dr. Fetter Ádám**  
Felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
00186