



Tárgy: Ajánlattevői kérdés – „Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059 pályázat keretében adásvételi szerződés, a Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére egységes betegazonosító rendszer valamint laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez valamint PCR automata valamint kézfertőtlenítő adagolók valamint endoszkóp mosogatógép valamint vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése” 2018/S 017-034552 beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan

9. Kiegészítő tájékoztatás kérésre válasz

Tisztelt Ajánlattevő(k)!

Alulírott, Dr. Fetter Ádám (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház képviseletében (székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.) képviseletében a kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást (válaszokat) a Kbt. 56. § alapján az alábbiakban küldjük meg:

A tárgyi eljárással kapcsolatban feltett kérdéseikre, észrevételeikre az alábbi válaszokat adjuk a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében.

1. kérdés:

„A készülék mosó kamrájának anyaga: rozsdamentes acél”

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy fogadja el a rozsdamentes acélból készült mosókamra anyagával egyenértékű megoldásnak a legkorszerűbb, üvegszállal erősített, organikus üvegből készült mosóteret. Az organikus üvegből készült mosókamra élettartama megegyezik a rozsdamentes acéllal, nem színeződik, hő- és vegyszer ellenállási képessége jobb a rozsdamentes acélnál. A kialakítása résmentes, hegesztés nélkül, lekerekített élekkel készül, így a mosótér sarkai tökéletesen tisztíthatóak, felülete 100%-ban karcmentes, az éles eszközöktől származó sérülés és az abból fakadó rozsdásodás kizárt.

Az endoszkóp mosó berendezést gyártók jelentős része kb. 60%-70% -a nem rozsdamentes kamraterű berendezéseket gyártja a kisebb kapacitású - a jelen pályázati elvárás szerinti egy vagy két endoszkóp fertőtlenítését végző - berendezéseknél.

Amennyiben csak a rozsdamentes anyagból készült berendezést fogadják el, úgy kizárják a piaci szereplők minimum 60%-át, indokolatlanul akadályozzák a verseny biztosítását, így sérül a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerinti műszaki leírásra vonatkozó elvárás, valamint ezzel együtt sérülnek a 2.§ (1) és (2) bekezdés alapelvei.

1. válasz:

Ajánlatkérő elfogadja az üvegszállal erősített, organikus üvegből készült mosóteret is!

Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési eljárás műszaki leírását kiegészíti.

Ajánlatkérő a TED hivatalos lapjában korrigendumot fog megjelentetni, melyről Ajánlattevőket tájékoztatni fogja és az ennek megfelelően módosított ajánlattételi határidőt, minimum követelményeket, műszaki leírást tartalmazó dokumentumo(ka)t a honlapján közzéteszi és közvetlenül megküldi.

Kérjük a levél kézhezvételét követően haladéktalanul e-mail útján igazolják vissza, hogy azt teljes terjedelemben (2 oldal) megkapták-e.

Esztergom, 2018. március 6.

Tisztelettel:



Dr. Fetter Ádám
Felölts akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
00186