



Tárgy: Ajánlattevői kérdés – „Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059 pályázat keretében adásvételi szerződés, a Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére egységes betegazonosító rendszer valamint laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez valamint PCR automata valamint kézfertőtlenítő adagolók valamint endoszkóp mosogatógép valamint vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése” 2018/S 017-034552 beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan

## 5. Kiegészítő tájékoztatás kérésre válasz

Tisztelt Ajánlattevő(k)!

Alulírott, Dr. Fetter Ádám (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház képviseletében (székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.) képviseletében a kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást (válaszokat) a Kbt. 56. § alapján az alábbiakban küldjük meg:

A tárgyi eljárással kapcsolatban feltett kérdéseikre, észrevételeikre az alábbi válaszokat adjuk a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében.

### 1. kérdés:

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy fentiekre tekintettel a „Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059 pályázat keretében adásvételi szerződés, a Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére egységes betegazonosító rendszer valamint laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez valamint PCR-automata valamint kézfertőtlenítő adagolók valamint endoszkóp mosógép valamint vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése” tárgyi közbeszerzési eljárás 5. rész műszaki specifikáció 1db flexibilis endoszkóp mosó tétel táblázatának minimum műszaki előírás oszlopában a beszerezni kívánt készülék kötelező paramétereként a következőket előírni szíveskedjék:

„A berendezés teljes egészében elégítse ki az EN 15883-4 szabványban előírtakat.”

Ismereteink és szakmai tapasztalataink alapján úgy látjuk, hogy fenti kötelező műszaki paraméter előírásának hiányában a pályázatra ellenőrizhetetlen eredetű és tulajdonságú, minőségű készülékekkel is érvényes ajánlatot lehet tenni, ami nem segíti a pályázatban előírt cél a „Betegbiztonság növelése” elérését.

Kérjük, a kért előírás bevezetését kiegészítő tájékoztatás formájában megtenni szíveskedjék.

### 1. válasz:

A „berendezés teljes egészében elégítse ki az EN 15883-4 szabványban előírtakat” mondattal Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési eljárás műszaki leírását kiegészíti.

**Ajánlatkérő a TED hivatalos lapjában korigendumot fog megjelentetni, melyről Ajánlattevőket tájékoztatni fogja és az ennek megfelelően módosított ajánlattételi határidőt, minimum követelményeket, műszaki leírást tartalmazó dokumentumo(ka)t a honlapján közzéteszi és közvetlenül megküldi.**

Kérjük a levél kézhezvételét követően haladéktalanul e-mail útján igazolják vissza, hogy azt teljes terjedelemben (2 oldal) megkapták-e.

Esztergom, 2018. március 6.

Tisztelettel:



**Dr. Fetter Ádám**  
Felőlős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
00186