



Tárgy: Ajánlattevői kérdés – „Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059 pályázat keretében adásvételi szerződés, a Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére egységes betegazonosító rendszer valamint laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez valamint PCR automata valamint kézfertőtlenítő adagolók valamint endoszkóp mosogatógép valamint vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése” 2018/S 017-034552 beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan

## 6. Kiegészítő tájékoztatás kérésre válasz

Tisztelt Ajánlattevő(k)!

Alulírott, Dr. Fetter Ádám (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház képviseletében (székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.) képviseletében a kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást (válaszokat) a Kbt. 56. § alapján az alábbiakban küldjük meg:

A tárgyi eljárással kapcsolatban feltett kérdéseikre, észrevételeikre az alábbi válaszokat adjuk a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében.

### I. Előzetes vitarendezés:

#### 1. kérdés:

A kiírás a Kbt. 2. § (4) bekezdésébe ütközik

Ajánlatkérő a beszerezni kívánt készüléket EFOP pályázatból finanszírozza, melynek eszközszerződések mellékletében szerepelnek bizonyos ajánlott készülékek az alábbiak szerint:

„Zárt rendszerű valós idejű PCR készülék

Egyedi, zárt rendszerű (nukleinsav feltárás és valós idejű nukleinsav amplifikáció) vizsgálatra alkalmas készülék. Valós idejű qPCR készülék, amely egy minta méréséhez egy tesztet használ fel, amely magában foglalja a kalibrációt és a kontrollokat.

A készülék specifikációja:	
Valós idejű PCR készülék reakciótér rendszere	kazettás rendszerű
Futtatható mintaszám (min-max)	1- 4 minta futtatására alkalmas
Optikai csatornák száma	6
Festékek	Emissziós hullámhossz fedje le a CF 1, FAM, Alexa Fluor 532, Texas Red, Alexa Fluor 647, CF 6 festékeket
Fűtési ráta (max.)	10 °C/mp 50 °C-tól 95 °C-ig
Hűtési ráta (max.)	2,5 °C/mp 95 °C-tól 50 °C-ig
Készülék tartozéka-e egy számítógép	igen

A pályázati kiírás szerint „a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában“.

A kiírásban t. Ajánlatkérő az alábbiakban határozta meg a beszerzendő készüléket:

„1 db Zárt rendszerű valós idejű PCR-készülék, a készülék működéséhez elengedhetetlenül szükséges reagensek biztosításával.

Minimum elvárás Követelmény.

Egyedi zárt rendszerű fertőző betegségek vizsgálatára alkalmas betegség melletti készülék. Valós idejű qPCR-készülék, amely egy minta méréséhez egy tesztet használ fel, amely magába foglalja a teljes PCR-folyamathoz szükséges reagenseket.

Valós idejű PCR-készülék reakció tér rendszere:

Mérési idő legfeljebb 30 perc.

Mért paraméterek: Cdiff, MRSA, Influnza AB+RSV, Streptococcus A.

A reakció időket szabályozza a rendszer különböző hőmérsékleten.

Bekapcsolható legyen a betegség melletti, illetve a kórházi informatikai rendszerbe.

Ne legyen szükség kezelői beavatkozásra vagy értelmezésre.

Felhasználóbarát működtetés: mérés elvégzése legfeljebb 5 lépésből.

Teljeskörű minőségbiztosítás megoldott legyen (hibaellenőrzés, minőség-ellenőrzés, beteg és felhasználóazonosítás).

Ne legyen szükség külön számítógépre.”

Álláspontunk és szakmai véleményünk/tapasztalatunk alapján a 3. részben a t. Ajánlatkérő által kért készülék a műszaki leírás és a bírálati részszempontok alapján nem felel meg a pályázat mellékletében ajánlott készülék műszaki specifikációjának, az szakmai tartalmát tekintve kevesebbet tud.

Ebből adódóan amennyiben t. Ajánlatkérő kitart a kiírásban szereplő rész szempontok és műszaki leírás mellett, úgy joggal kell tartania attól, hogy a pályázati támogatását csökkenteni fogják.

A Kbt. 2. § (4) bekezdése szerint “az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia”.

Fentiek alapján a 3. rész tekintetében beszerezni kívánt készülékhez kapcsolódó műszaki leírás és a meghatározott részszempontok a Kbt. 2. § (4) bekezdésébe ütközik.

## 1. válasz:

**Ajánlatkérő a műszaki, szakmai tartalom csökkentését megfontolta és Ajánlattevő észrevételeinek megfelelően módosítja a műszaki specifikációt, melyet közvetlenül meg is küld ajánlattevő részére.**

## 2. kérdés: Reagensek

Az ajánlati felhívás 10. oldalának II.2.4. pontjában szerepel, hogy 5 évig kell a reagenseket biztosítani. Ez az előírás több ponton is aggályos álláspontunk szerint.

A hivatkozott reagensek szavatossági ideje mindösszesen 1,5 év, azaz a készülék leszállításakor nem lehet az előírt 5 évre is leszállítani a reagenseket.

Márpedig az ajánlati felhívás és a szerződés tervezet alapján az elszámolás 1 db végszámlával történik, amely a kiíró feltehető szándéka szerint magában foglalja a készülék és az évi 100 méréshez, azaz összesen 400 méréshez szükséges reagens ellenértékét.



Ahogy arra fentebb hivatkoztunk, a reagensek szavatossági ideje csak 1,5 év, ezért az ajánlati felhívást értelemszerűen módosítani szükséges vagy az évek számát csökkentve, a szavatossági időhöz igazítani, vagy pedig az évek számát törölve csak a kívánt mérés számot rögzíteni például így: „A mért paraméterekhez Cdiff, MRSA, Influnza AB+RSV, Streptococcus A 400 méréshez a reagens biztosítása“

Fentiekre tekintettel kérjük az ajánlatkérőt, hogy élve a Kbt. által biztosított lehetőségekkel, módosítsa az ajánlati felhívást, illetve a műszaki leírást úgy, hogy az biztosítsa az eljárás jogszerűségét.

## **2. válasz:**

A reagensek a szerződéskötéskor megrendelésre és kifizetésre kerülnek 5 éves időtartamra, leszállításuk az ajánlatkérő által kért ütemezésben fog történni.

## **II. Kiegészítő tájékoztatás:**

### **1. kérdés:**

Az ajánlati felhívás II.2.4. pontja az alábbiakat tartalmazza:

„Valós idejű PCR-készülék reakció tér rendszere:

Mérési idő legfeljebb 30 perc.

Mért paraméterek: Cdiff, MRSA, Influnza AB+RSV, Streptococcus A.

A reakció időket szabályozza a rendszer különböző hőmérsékleten.”

A műszaki leírás 13. oldalán az alábbi szerepel:

„Mérési idő max. 30 perc bármely paraméter esetén (igen-nem) 10”

Az általunk megajánlani kívánt készülék Cdiff, MRSA, Influnza AB+RSV, Streptococcus A. tesztek futtatására alkalmas, azonban C. diff és MRSA esetén a vizsgálati idő több mint 30 perc, Influenza AB+RSV, Streptococcus esetében 30 perc.

Hogyan jelöljük mindezt a megadott táblázatban? Jól értelmezzük-e a kiírást, hogy ha a négyből egyet teljesíteni tud (azaz pl. csak a Streptococcus esetében teljesül a 30 perc), akkor már az „igen” válasz húzható alá?

### **1. válasz:**

Nem értelmezi jól Ajánlattevő, ha a négyből egyet teljesíteni tud, akkor már az „igen” válasz húzható alá.

Ajánlattevő a műszaki specifikációban azt írta elő, hogy mindegyik teszt teljesítése maximum 30 perc kell, hogy legyen.

## 2. kérdés:

Műszaki leírás 13. oldala III. rész. 5. pont:

Minden reagens egy egyszer használatos csőben felhasználásra készen, rendelkezésre áll (Megléte előny) igen / nem

A cégünk által megajánlani kívánt műszer esetén a reagens egy kazettában van, nincs hozzá semmilyen egyéb reagens, így azt gondoljuk, hogy a fenti állítás nem előnyösebb, mint a cégünk által ajánlani kívánt megoldás.

Elfogadja-e t. Ajánlatkérő, hogy a cső=kazetta?

## 2. válasz:

Ajánlatkérő nem fogadja el, hogy cső=kazetta.

## 3. kérdés:

Amennyiben az előzetes vitarendezésünk azon pontjának, mely szerint nem teljesíthető az 5 évre vonatkozó reagens szállítás, nem adnának helyt, úgy kérjük szíves tájékoztatásukat, hogyan, milyen lebontásban kérik a tesztek szállítását.

Kérjük, szíveskedjenek kitérni arra, hogy az egyes évek vonatkozásában milyen szerződés/megrendelés alapján, hogyan kívánják a teszteket lehívni, milyen szállítási határidővel, azok számlázását hogyan képzelték el megvalósítani.

E körben hivatkozunk arra, hogy Ajánlatkérő 1 db végszámlával kívánja elszámolni a szerződést, holott számvitelileg is kizárt leszámolni most olyan termék ellenértékét, melyet csak 3 vagy 4 év múlva fogunk teljesíteni.

## 3. válasz:


A szerződésben kerül meghatározásra a reagensek szállítási ütemterve az 5 évre vonatkozóan.

**Ajánlatkérő a TED hivatalos lapjában korigendumot fog megjelentetni, melyről Ajánlattevőket tájékoztatni fogja és az ennek megfelelően módosított ajánlattételi határidőt, minimum követelményeket, műszaki leírást tartalmazó dokumentumo(ka)t a honlapján közzéteszi és közvetlenül is megküldi.**

Kérjük a levél kézhezvételét követően haladéktalanul e-mail útján igazolják vissza, hogy azt teljes terjedelemben (4 oldal) megkapták-e.

Esztergom, 2018. március 6.

Tisztelettel:



**Dr. Fetter Ádám**  
Felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
00186