



Tárgy: Ajánlattevői kérdés – „Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059 pályázat keretében adásvételi szerződés, a Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére egységes betegazonosító rendszer valamint laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez valamint PCR automata valamint kézfertőtlenítő adagolók valamint endoszkóp mosogatógép valamint vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése” 2018/S 017-034552 beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan

## 8. Kiegészítő tájékoztatás kérésre válasz

Tisztelt Ajánlattevő(k)!

Alulírott, Dr. Fetter Ádám (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház képviseletében (székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.) képviseletében a kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást (válaszokat) a Kbt. 56. § alapján az alábbiakban küldjük meg:

A tárgyi eljárással kapcsolatban feltett kérdéseikre, észrevételeikre az alábbi válaszokat adjuk a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében.

### 1. kérdés:

Ajánlatkérő az 5. részajánlattételi körben 1 db Endoszkóp mosó-fertőtlenítő automata esetében meghatározta az ajánlati felhívásban, illetve a Műszaki Specifikációban a következőket:

Megnevezés:

Endoszkóp mosó-fertőtlenítő automata telepítéssel és üzembe helyezéssel az esztergomi Vaszary Kolos Kórház részére.

Mennyiség:

1 db

Minimum műszaki előírás: ...

Egyidejűleg 2 eszköz mosására alkalmas

Ajánlatok értékelése, V. rész, 3. Részszempont:

a kamrák külön-külön indíthatóak (igen-nem)

Kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt hogy adjon egyértelmű tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a fentiek alapján 1 db, egy gyári számmal rendelkező olyan készülék megajánlását kéri, mely önmagában, külső és belső kialakításában eleve 2 eszköz mosására készült.

### 1. válasz:

Ajánlatkérő 1 db, egy gyári számmal rendelkező olyan készülék megajánlását kéri, mely önmagában, külső és belső kialakításában eleve 2 eszköz mosására készült.

### 2. kérdés:

Kérjük annak megválaszolását, hogy elfogadható-e olyan olcsóbb megoldás, mely 1 eszköz mosására tervezett és szolgáló készülékek egymás mellé vagy egymásra helyezésével kerül kialakításra?

## **2. válasz:**


Ajánlatkérő számára nem fogadható el olyan olcsóbb megoldás, mely 1 eszköz mosására tervezett és szolgáló készülékek egymás mellé vagy egymásra helyezésével került kialakításra.

**Ajánlatkérő a TED hivatalos lapjában korrigendumot fog megjelentetni, melyről Ajánlattevőket tájékoztatni fogja és az ennek megfelelően módosított ajánlattételi határidőt, minimum követelményeket, műszaki leírást tartalmazó dokumentumo(ka)t a honlapján közzéteszi és közvetlenül megküldi.**

Kérjük a levél kézhezvételét követően haladéktalanul e-mail útján igazolják vissza, hogy azt teljes terjedelemben (2 oldal) megkapták-e.

Esztergom, 2018. március 6.

Tisztelettel:



**Dr. Fetter Ádám**  
Felső akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
00186