



Tárgy: Ajánlattevői kérdés – „Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059 pályázat keretében adásvételi szerződés, a Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére egységes betegazonosító rendszer valamint laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez valamint PCR automata valamint kézfertőtlenítő adagolók valamint endoszkóp mosogatógép valamint vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése” 2018/S 017-034552 beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan

10. Kiegészítő tájékoztatás kérésre válasz

Tisztelt Ajánlattevő(k)!

Alulírott, Dr. Fetter Ádám (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház képviselőjében (székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.) képviselőjében a kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást (válaszokat) a Kbt. 56. § alapján az alábbiakban küldjük meg:

A tárgyi eljárással kapcsolatban feltett kérdéseikre, észrevételeikre az alábbi válaszokat adjuk a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében.

1. kérdés:

Kérjük az ajánlatkérőt, hogy a pontos konfiguráció összeállításához határozza meg:
betegazonosító rendszerrel kezelendő betegszámot (Segélykérő jeladó karkötő, műanyag szíjjal)
betegazonosító rendszerrel kezelendő betegszámot (Segélykérő jeladó karkötő, levétel elleni védelemmel ellátott fém szíjjal)

1. válasz:

140 db levétel elleni védelemmel ellátott karszalagot szeretnénk beszerezni.

2. kérdés:

Kérjük az ajánlatkérőt, hogy biztosítsa a betegazonosító rendszerre ellátandó épület/épületrész alaprajzát, mely szükséges a hálózati komponensek meghatározásához!

2. válasz:

Az alaprajzokat mellékeljük. Megjegyzés: Az 1. épület egy általános alaprajz, amely mind a 3 szintre vonatkozik.

Ajánlatkérő a TED hivatalos lapjában korrigendumot fog megjelentetni, melyről Ajánlattevőket tájékoztatni fogja és az ennek megfelelően módosított ajánlattételi

határidőt, minimum követelményeket, műszaki leírást tartalmazó dokumentumo(ka)t a honlapján közzéteszi és közvetlenül megküldi.

Kérjük a levél kézhezvételét követően haladéktalanul e-mail útján igazolják vissza, hogy azt teljes terjedelemben (2 oldal) megkapták-e.

Esztergom, 2018. március 12.

Tisztelettel:



Dr. Fetter Ádám
Feltöltés akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
00186