

VI. MŰSZAKI ADATLAP

a

*„Csontsebészeti implantátumok és protézisek beszerzése konszignációs raktár létesítésével 3 éven keresztül szállítási szerződés keretében
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom- részére.”*

tárgyú közbeszerzési eljárás

II. része tekintetében

1.) Kiegészítő útmutató az ajánlattevők számára:

Az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, valamint a „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” oszlopa tartalmazza az ajánlattevők által megajánlott eszköz egyes műszaki paramétereivel szemben támasztott mennyiségi, illetve minőségi műszaki elvárásokat, míg a „megajánlás” oszlopban szereplő adatokat ajánlattevők kötelesek megadni oly módon, hogy a megadott műszaki adatok összehasonlíthatóak legyenek az egyes ajánlatkérői előírásokkal. A táblázat „megajánlás” oszlopát ajánlattevők oly módon kötelesek kitölteni, hogy abból megállapítható legyen a megajánlott eszköz megfelelése az ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki követelménynek. A benyújtott ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezheti, ha az ajánlattevő által benyújtott műszaki adatlapból (pl. az alábbi táblázatban szereplő bármely sor kitöltetlenül hagyásával vagy törlésével) nem állapítható meg a megajánlott eszköz ajánlatkérő által meghatározott valamennyi műszaki elvárásnak való megfelelése. Ajánlattevők az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” és „Súlyszám” oszlopaiban szereplő információkon módosítást nem hajthatnak végre!

2.) Műszaki adatlap:

Különböző csavarok és lemezek:

II/I/1-4. tétel: Kettős kanulált csavarozás:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):
Termék megnevezése:	-	-	Kérjük megadni
Származási ország:	-	-	Kérjük megadni
Általános követelmények:	-	-	

Manninger féle kannülált combnyakcsavar acél, titán és anodizált titán kivitelben			Igen/Nem ¹
8 és 9,5 mm átmérő	-	-	Igen/Nem ²
18-25-34 mm menethossz	-	-	Igen/Nem ³
75-150 mm mérettartomány	-	-	Igen/Nem ⁴
5 mm-es méretlépcső	-	-	Igen/Nem ⁵
Rendelkezik a csavar keresztfurattal a váladék elvezetésére.	-	-	Igen/Nem ⁶
A csavarhoz rendelkezésre áll a csavar végére helyezhető olyan menetes feltét melynek segítségével kompresszió fejthető ki és a lateralis corticalison a támaszkodást megerősíti.	-	-	Igen/Nem ⁷
A csavarhoz rendelkezésre áll felhelyezhető 120-145 fokos,	-	-	Igen/Nem ⁸

¹ Megfelelően aláhúzendó!

² Megfelelően aláhúzendó!

³ Megfelelően aláhúzendó!

⁴ Megfelelően aláhúzendó!

⁵ Megfelelően aláhúzendó!

⁶ Megfelelően aláhúzendó!

⁷ Megfelelően aláhúzendó!

⁸ Megfelelően aláhúzendó!

kompressziós csavarral rögzülő DCD toldalék, mely 3-5 furattal rendelkezik.			
A speciális lemezekkel való rögzítés lehetővé teszi a terheléelosztást a „hurok-effektus” révén.	-	-	Igen/Nem ⁹
A kétféle átmérőt azonos tálcával lehet operálni	-	-	Igen/Nem ¹⁰
Univerzális műszerkészlet mely jó az összes átmérőhöz is	-	10	Igen/Nem ¹¹
furat a csavarok végén a váladékvezetéshez	-	10	Igen/Nem ¹²

II/I/5. Kompressziós penge:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék megnevezése:	-	-	Kérjük megadni
Származási ország:	-	-	Kérjük megadni
Pengéhez rendelkezésre áll olyan beültető eszköz, mely a megfelelő támaszkodási pontok	-	-	Igen/Nem ¹³

⁹ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁰ Megfelelően aláhúzendó!

¹¹ Megfelelően aláhúzendó!

¹² Megfelelően aláhúzendó!

¹³ Megfelelően aláhúzendó!

megtartásában és a kompresszió kifejtésében segítséget nyújt.			
Workshop biztosított			Igen/Nem ¹⁴
Univerzális műszerkészlet mely jó az összes átmérőhöz is		10	Igen/Nem ¹⁵
furat a csavarok végén a váladékkevezetéshez		10	Igen/Nem ¹⁶

II/II/1-4. Corticalis csavarok:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék megnevezése:	-	-	Kérjük megadni
Származási ország:	-	-	Kérjük megadni
Kis törés corticalis 2,2,7,3,5 mm átmérőjű (1,75 mm es menetemelkedésű		-	Igen/Nem ¹⁷
6-60 mm hosszúságú		-	Igen/Nem ¹⁸
krómacél és titán anyagban is rendelkezésre áll méretsorozat		-	Igen/Nem ¹⁹

¹⁴ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁵ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁶ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁷ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁸ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁹ Megfelelően aláhúzendó!

Nagy törés önvágó corticalis csavar (4,5 mm átmérőben)	-	Igen/Nem ²⁰
28-100 mm hosszúságban	-	Igen/Nem ²¹
60 mm-ig legfeljebb 2 mm es ugrásokkal, 60-80 mm között legfeljebb 5 mm ugrásokkal	-	Igen/Nem ²²
krómacél és titán anyagban is rendelkezésre áll méretsorozat	-	Igen/Nem ²³
a csavarok egyesével csomagoltak	10	Igen/Nem ²⁴
önvágó kivétel minden átmérő esetében	5	Igen/Nem ²⁵
teljes szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre	-	Igen/Nem ²⁶
legyen elérhető titán változatban	5	Igen/Nem ²⁷

II/III/1-4. Spongiosa csavarok:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
---	---	-----------	---

²⁰ Megfelelően aláhúzendó!

²¹ Megfelelően aláhúzendó!

²² Megfelelően aláhúzendó!

²³ Megfelelően aláhúzendó!

²⁴ Megfelelően aláhúzendó!

²⁵ Megfelelően aláhúzendó!

²⁶ Megfelelően aláhúzendó!

²⁷ Megfelelően aláhúzendó!

Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
Kis törés spongiosa csavarjai: Spongiosa csavarok (4 mm átmérőjű)	-	-	Igen/Nem ²⁸
A típusú (félig menetes), tömör és kanülált formában egyaránt	-	-	Igen/Nem ²⁹
C típusú (végig menetes), tömör változatban	-	-	Igen/Nem ³⁰
Különböző (10-60 mm) hosszban	-	-	Igen/Nem ³¹
krómacél és titán anyagban is rendelkezésre áll méretsorozat tömör és kanülált formában is.	-	-	Igen/Nem ³²
Nagy törés Spongiosa csavarjai: Spongiosa csavarok (6,5 mm) különböző menet és különböző csavar hosszúságban	-	-	Igen/Nem ³³
A típusú (16 mm menethosszúságú)	-	-	Igen/Nem ³⁴
25-120 mm-ig	-	-	Igen/Nem ³⁵
B típusú (32 mm menethosszúságú)	-	-	Igen/Nem ³⁶

²⁸ Megfelelően aláhúzandó!

²⁹ Megfelelően aláhúzandó!

³⁰ Megfelelően aláhúzandó!

³¹ Megfelelően aláhúzandó!

³² Megfelelően aláhúzandó!

³³ Megfelelően aláhúzandó!

³⁴ Megfelelően aláhúzandó!

³⁵ Megfelelően aláhúzandó!

³⁶ Megfelelően aláhúzandó!

50-130 mm-ig	-	-	Igen/Nem ³⁷
C típusú (végigmenetes	-	-	Igen/Nem ³⁸
20-100 mm-ig.	-	-	Igen/Nem ³⁹
A, B és C típusú nagytörés spongiosa csavarokból titán is elérhető	-	-	Igen/Nem ⁴⁰
krómacél és titán anyagban is rendelkezésre áll méretsorozat tömör és kanülált formában is.	-	-	Igen/Nem ⁴¹
a csavarok egyesével való csomagolása		10	Igen/Nem ⁴²
önvágó kivitel minden átmérő esetében		5	Igen/Nem ⁴³
teljes szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre legalább 25 féle méretben		-	Igen/Nem ⁴⁴
legyen elérhető titán változatban		5	Igen/Nem ⁴⁵

II/IV/1. Malleolár csavarok:

³⁷ Megfelelően aláhúzendó!

³⁸ Megfelelően aláhúzendó!

³⁹ Megfelelően aláhúzendó!

⁴⁰ Megfelelően aláhúzendó!

⁴¹ Megfelelően aláhúzendó!

⁴² Megfelelően aláhúzendó!

⁴³ Megfelelően aláhúzendó!

⁴⁴ Megfelelően aláhúzendó!

⁴⁵ Megfelelően aláhúzendó!

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
2mm-es kanülált változatban is legyen elérhető	-	-	Igen/Nem ⁴⁶
átmérő 4,5 mm	-	-	Igen/Nem ⁴⁷
hossza 25-70 mm	-	-	Igen/Nem ⁴⁸
titán alapanyagból	-	20	Igen/Nem ⁴⁹

II/IV/2. Térdszalag ellátása:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
Proximalis rögzítés BTB plasztika során az implantátum rögzítéséhez acél és titán kivitelben 7-es és 9-es átmérővel	-	-	Igen/Nem ⁵⁰

⁴⁶ Megfelelően aláhúzendó!

⁴⁷ Megfelelően aláhúzendó!

⁴⁸ Megfelelően aláhúzendó!

⁴⁹ Megfelelően aláhúzendó!

⁵⁰ Megfelelően aláhúzendó!

20 és 40 mm hosszban	-	-	Igen/Nem ⁵¹
acél alapanyag, de opcionálisan elérhető titán változatban is.	-	-	Igen/Nem ⁵²
Semitendinosus ínnal való pótlás esetén gyárilag kötözött endobutton álljon rendelkezésre teljes méretsorban, gyakori méretekből, mint 25,30,35 mm	-	-	Igen/Nem ⁵³
Semitendinosus ínnal történő pótlás esetén szükséges racsnis, nyomatékkulcsos, levágható végű, műanyag rögzítésű rendszer, melyből álljon rendelkezésre a teljes méretsorozat	-	-	Igen/Nem ⁵⁴
gyakoribb méretekből (25,30,35 mm) 2-2 db kerüljön biztosításra.	-	-	Igen/Nem ⁵⁵
behelyező készlet biztosított	-	-	Igen/Nem ⁵⁶
elérhető bordázott titán ácskapocs is	-	-	Igen/Nem ⁵⁷
titán alapanyagból	-	20	Igen/Nem ⁵⁸

II/IV/3. Fonal rögzítő csavar csonthorgony:

⁵¹ Megfelelően aláhúzendó!

⁵² Megfelelően aláhúzendó!

⁵³ Megfelelően aláhúzendó!

⁵⁴ Megfelelően aláhúzendó!

⁵⁵ Megfelelően aláhúzendó!

⁵⁶ Megfelelően aláhúzendó!

⁵⁷ Megfelelően aláhúzendó!

⁵⁸ Megfelelően aláhúzendó!

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
Speciális szakítási szilárdságú csontban jól rögzülő titán horgony és fonal rotátor köpeny sérülés ellátáshoz	-	-	Igen/Nem ⁵⁹
titán alapanyagból	-	20	Igen/Nem ⁶⁰

II/V. Lemezek különféle:

II/V/1. Rekonstrukciós lemez AO dimenziójú

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
Elérhető legyen 4-16 lyuk hosszban	-	-	Igen/Nem ⁶¹
corticalis és spongiosa csavarokkal rögzíthető titán változatban is elérhető	-	10	Igen/Nem ⁶²

⁵⁹ Megfelelően aláhúzendó!

⁶⁰ Megfelelően aláhúzendó!

⁶¹ Megfelelően aláhúzendó!

⁶² Megfelelően aláhúzendó!

legalább 10 méretben rendelkezésre áll méretválaszték tételenként	-	10	Igen/Nem ⁶³
---	---	----	------------------------

II/V/2. Rekonstrukciós lemez KFI dimenziójú.

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
Elérhető legyen 4-16 lyuk hosszban	-	-	Igen/Nem ⁶⁴
speciálisan előhajlított formában clavícula törés rögzítésére 7-9 lyukkal	-	-	Igen/Nem ⁶⁵
szögstabil változatban is	-	-	Igen/Nem ⁶⁶
corticalis és spongiosa csavarokkal rögzíthető titán változatban is elérhető	-	10	Igen/Nem ⁶⁷
legalább 10 méretben rendelkezésre áll méretválaszték tételenként	-	10	Igen/Nem ⁶⁸

⁶³ Megfelelően aláhúzendó!

⁶⁴ Megfelelően aláhúzendó!

⁶⁵ Megfelelően aláhúzendó!

⁶⁶ Megfelelően aláhúzendó!

⁶⁷ Megfelelően aláhúzendó!

⁶⁸ Megfelelően aláhúzendó!

II/VI. Alakos csontlemezek:

II/VI/1. KFI 2,0 méretű minilemezke egyenes

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
Furatok száma 4-6	-	-	Igen/Nem ⁶⁹
többféle profil	-	-	Igen/Nem ⁷⁰
acél kivitelben is	-	-	Igen/Nem ⁷¹
a jobbos balos kivitelű alakos lemezekből teljes szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre	-	-	Igen/Nem ⁷²
rendelkezésre állnak titán változatban is	-	20	Igen/Nem ⁷³

II/VI/2. KFI 2,0 minilemezke L alakban

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni

⁶⁹ Megfelelően aláhúzendó!⁷⁰ Megfelelően aláhúzendó!⁷¹ Megfelelően aláhúzendó!⁷² Megfelelően aláhúzendó!⁷³ Megfelelően aláhúzendó!

Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
Furatok száma 4-5	-	-	Igen/Nem ⁷⁴
acél kivitelben is	-	-	Igen/Nem ⁷⁵
a jobbos balos kivitelű alakos lemezekből teljes szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre	-	-	Igen/Nem ⁷⁶
állnak titán változatban is	-	20	Igen/Nem ⁷⁷

II/VI/3. KFI 2,7 mini lemez egyenes L alakú

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
4-7 lyukas	-	-	Igen/Nem ⁷⁸
acél kivitelben is	-	-	Igen/Nem ⁷⁹
a jobbos balos kivitelű alakos lemezekből teljes szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre	-	-	Igen/Nem ⁸⁰

⁷⁴ Megfelelően aláhúzendó!

⁷⁵ Megfelelően aláhúzendó!

⁷⁶ Megfelelően aláhúzendó!

⁷⁷ Megfelelően aláhúzendó!

⁷⁸ Megfelelően aláhúzendó!

⁷⁹ Megfelelően aláhúzendó!

⁸⁰ Megfelelően aláhúzendó!

rendelkezésre állnak titán változatban is	-	20	Igen/Nem ⁸¹
---	---	----	------------------------

II/VI/3. KFI 2,7 mini lemez egyenes L alakú

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
4-7 lyukas	-	-	Igen/Nem ⁸²
acél kivitelben is	-	-	Igen/Nem ⁸³
a jobbos balos kivitelű alakos lemezekből teljes szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre	-	-	Igen/Nem ⁸⁴
rendelkezésre állnak titán változatban is	-	20	Igen/Nem ⁸⁵

II/VI/4 KFI 3,5-es T lemez egyenes

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
--	--	------------------	--

⁸¹ Megfelelően aláhúzendó!

⁸² Megfelelően aláhúzendó!

⁸³ Megfelelően aláhúzendó!

⁸⁴ Megfelelően aláhúzendó!

⁸⁵ Megfelelően aláhúzendó!

Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
5-8 furatos	-	-	Igen/Nem ⁸⁶
acél kivitelben is	-	-	Igen/Nem ⁸⁷
a jobbos balos kivitelű alakos lemezekből teljes szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre	-	-	Igen/Nem ⁸⁸
rendelkezésre állnak titán változatban is	-	20	Igen/Nem ⁸⁹

II/VI/5 KFI 3,5-es T lemez ferde

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
4-8 lyukas	-	-	Igen/Nem ⁹⁰
acél kivitelben is	-	-	Igen/Nem ⁹¹
a jobbos balos kivitelű alakos lemezekből teljes	-	-	Igen/Nem ⁹²

⁸⁶ Megfelelően aláhúzendó!

⁸⁷ Megfelelően aláhúzendó!

⁸⁸ Megfelelően aláhúzendó!

⁸⁹ Megfelelően aláhúzendó!

⁹⁰ Megfelelően aláhúzendó!

⁹¹ Megfelelően aláhúzendó!

⁹² Megfelelően aláhúzendó!

szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre			
rendelkezésre állnak titán változatban is	-	20	Igen/Nem ⁹³

II/VI/6. Harmadcső lemezek:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
KFI lemez	-	-	Igen/Nem ⁹⁴
9x1mm keresztmetszetű	-	-	Igen/Nem ⁹⁵
25-145mm hosszúságú	-	-	Igen/Nem ⁹⁶
2-16 furattal rendelkező	-	-	Igen/Nem ⁹⁷
acél és titán változatban is elérhető lemez	-	20	Igen/Nem ⁹⁸
3,5 ill. 4mm-es csavarokkal rögzíthető	-	-	Igen/Nem ⁹⁹
galléros változata is elérhető	-	-	Igen/Nem ¹⁰⁰

⁹³ Megfelelően aláhúzendó!

⁹⁴ Megfelelően aláhúzendó!

⁹⁵ Megfelelően aláhúzendó!

⁹⁶ Megfelelően aláhúzendó!

⁹⁷ Megfelelően aláhúzendó!

⁹⁸ Megfelelően aláhúzendó!

⁹⁹ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁰⁰ Megfelelően aláhúzendó!

jobbos balos kivitelű alakos lemezekből teljes szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre	-	-	Igen/Nem ¹⁰¹
---	---	---	-------------------------

II/VI/7. KFI DC

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
Acél és titán lemez 3,5 mm-es csavarokkal	-	-	Igen/Nem ¹⁰²
3,5-4,0 csavarokkal önkompressziós lemez 4-12 lyukkal	-	-	Igen/Nem ¹⁰³
acél és titán változatban is elérhető lemez	-	20	Igen/Nem ¹⁰⁴
jobbos balos kivitelű alakos lemezekből teljes szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre	-	-	Igen/Nem ¹⁰⁵

¹⁰¹ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁰² Megfelelően aláhúzendó!

¹⁰³ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁰⁴ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁰⁵ Megfelelően aláhúzendó!

II/VI/8. Karmos lemezek

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
KFI lemez	-	-	Igen/Nem ¹⁰⁶
3-4-5-6 furatú	-	-	Igen/Nem ¹⁰⁷
68-83-98-113mm hosszúságú	-	-	Igen/Nem ¹⁰⁸
fejben egy furatú lemez	-	-	Igen/Nem ¹⁰⁹
neutrál	-	-	Igen/Nem ¹¹⁰
11,5x1,5mm keresztmetszetben	-	-	Igen/Nem ¹¹¹
3,5 ill. 4mm-es reteszcsavarral acél kivitelben	-	-	Igen/Nem ¹¹²
gyári beültető készlet rendelkezésre áll	-	-	Igen/Nem ¹¹³
acél és titán változatban is elérhető lemez	-	20	Igen/Nem ¹¹⁴

¹⁰⁶ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁰⁷ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁰⁸ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁰⁹ Megfelelően aláhúzendó!

¹¹⁰ Megfelelően aláhúzendó!

¹¹¹ Megfelelően aláhúzendó!

¹¹² Megfelelően aláhúzendó!

¹¹³ Megfelelően aláhúzendó!

¹¹⁴ Megfelelően aláhúzendó!

jobbos balos kivitelű alakos lemezekből teljes szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre	-	20	Igen/Nem ¹¹⁵
---	---	----	-------------------------

II/VI/9-10. Támasztólemezek, AO

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
T, ill. L alakú lemez	-	-	Igen/Nem ¹¹⁶
legalább 6 féle hosszúságú	-	-	Igen/Nem ¹¹⁷
2mm vastag	-	-	Igen/Nem ¹¹⁸
3-8 lyukas acéllemez melyet 4,5mm-es csavarokkal lehet rögzíteni	-	-	Igen/Nem ¹¹⁹
acél és titán változatban is elérhető lemez	-	20	Igen/Nem ¹²⁰
jobbos balos kivitelű alakos lemezekből teljes	-	-	Igen/Nem ¹²¹

¹¹⁵ Megfelelően aláhúzendó!

¹¹⁶ Megfelelően aláhúzendó!

¹¹⁷ Megfelelően aláhúzendó!

¹¹⁸ Megfelelően aláhúzendó!

¹¹⁹ Megfelelően aláhúzendó!

¹²⁰ Megfelelően aláhúzendó!

¹²¹ Megfelelően aláhúzendó!

szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre			
---	--	--	--

II/VI/10-11. AO keskeny és széles DC lemezek

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
3-18 lyukú acéllemez legalább 15 félé hosszúságban	-	-	Igen/Nem ¹²²
2-24 lyukas változatban elérhető	-	-	Igen/Nem ¹²³
önkompressziós furat	-	-	Igen/Nem ¹²⁴
4,5, ill. 6,5mm-es csavarral rögzíthető	-	-	Igen/Nem ¹²⁵
acél és titán változatban is elérhető lemez	-	20	Igen/Nem ¹²⁶
jobbos balos kivitelű alakos lemezekből teljes szakmaspecifikus méretválaszték sorozat áll rendelkezésre	-	-	Igen/Nem ¹²⁷

¹²² Megfelelően aláhúzendó!

¹²³ Megfelelően aláhúzendó!

¹²⁴ Megfelelően aláhúzendó!

¹²⁵ Megfelelően aláhúzendó!

¹²⁶ Megfelelően aláhúzendó!

¹²⁷ Megfelelően aláhúzendó!