

VI. MŰSZAKI ADATLAP

a

*„Csontsebészeti implantátumok és protézisek beszerzése konszignációs raktár létesítésével 3 éven keresztül szállítási szerződés keretében
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom- részére.”*

tárgyú közbeszerzési eljárás

III. része tekintetében

1.) Kitöltési útmutató az ajánlattevők számára:

Az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, valamint a „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” oszlopa tartalmazza az ajánlattevők által megajánlott eszköz egyes műszaki paramétereivel szemben támasztott mennyiségi, illetve minőségi műszaki elvárásokat, míg a „megajánlás” oszlopban szereplő adatokat ajánlattevők kötelesek megadni oly módon, hogy a megadott műszaki adatok összehasonlíthatóak legyenek az egyes ajánlatkérői előírásokkal. A táblázat „megajánlás” oszlopát ajánlattevők oly módon kötelesek kitölteni, hogy abból megállapítható legyen a megajánlott eszköz megfelelése az ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki követelménynek. A benyújtott ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezheti, ha az ajánlattevő által benyújtott műszaki adatlapból (pl. az alábbi táblázatban szereplő bármely sor kitöltetlenül hagyásával vagy törlésével) nem állapítható meg a megajánlott eszköz ajánlatkérő által meghatározott valamennyi műszaki elvárásnak való megfelelése. Ajánlattevők az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” és „Súlyszám” oszlopaiban szereplő információkon módosítást nem hajthatnak végre!

2.) Műszaki adatlap:

III. /Egyéb termékek:

III/I/1. Csavarok különféle, csontkapocs:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):
Termék megnevezése:	-	-	Kérjük megadni
Származási ország:	-	-	Kérjük megadni
Acél és titán kapocs	-	-	Igen/Nem ¹

¹ Megfelelően aláhúzendó!

legalább 6 féle méretben	-	-	Igen/Nem ²
legalább 5 átmérőben és 7 hosszúságban rendelkezésre áll	-	20	Igen/Nem ³

III/II/1. Herbert csavar:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék megnevezése:	-	-	Kérjük megadni
Származási ország:	-	-	Kérjük megadni
csavarok legyenek kanuláltak	-	-	Igen/Nem ⁴
2,7, 3,5,4,4,5,5,2,7-es átmérőben legyenek elérhetőek acél vagy titán változatban	-	-	Igen/Nem ⁵
A műszerkészlet legyen rendelhető méretenként	-	-	Igen/Nem ⁶
megoldható legyen 3 méret egybeni műszerkészletének a kihelyzése is	-	-	Igen/Nem ⁷

² Megfelelően aláhúzendó!

³ Megfelelően aláhúzendó!

⁴ Megfelelően aláhúzendó!

⁵ Megfelelően aláhúzendó!

⁶ Megfelelően aláhúzendó!

⁷ Megfelelően aláhúzendó!

A 2,7, 3,5, 4-es átmérő csavarhúzója legyen kanulált és egybeépített a hosszmérővel	-	-	Igen/Nem ⁸
titán alapanyagú változatban rendelkezésre áll		10	Igen/Nem ⁹
4/3 mm arányú menetátmérő arányú változatban rendelkezésre áll		10	Igen/Nem ¹⁰

III/III/1-3 .Fém alátétek:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék megnevezése:	-	-	Kérjük megadni
Származási ország:	-	-	Kérjük megadni
Csavar alátétek sima, érdes, karmos formában, inszalaghoz karmos és gomblyuk formában	-	-	Igen/Nem ¹¹
3,5- 6,5 mm-es méretben	-	-	Igen/Nem ¹²
különböző nagyságban, krómacélból vagy titánból	-	-	Igen/Nem ¹³

⁸ Megfelelően aláhúzendó!

⁹ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁰ Megfelelően aláhúzendó!

¹¹ Megfelelően aláhúzendó!

¹² Megfelelően aláhúzendó!

¹³ Megfelelően aláhúzendó!

AO és KFI rendszerhez is alkalmasak	-	10	Igen/Nem ¹⁴
PEEK és titán alapanyagú változatban is rendelkezésre állnak	-	10	Igen/Nem ¹⁵

III/IV. Drótok különféle

III/IV/1. Cerclage drótok:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
Hajlékony (cerclage) drót 0.8 mm (10 m/tekercs=1db)	-	-	Igen/Nem ¹⁶
Hajlékony (cerclage) drót 1.2 mm (10 m/tekercs=1db)	-	-	Igen/Nem ¹⁷
Hajlékony (cerclage) drót 1.4 mm, (10 m/tekercs=1db)	-	-	Igen/Nem ¹⁸
2 mm átmérő és 200 mm hosszúság felett titán kivitelben is rendelkezésre állnak	-	20	Igen/Nem ¹⁹

¹⁴ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁵ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁶ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁷ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁸ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁹ Megfelelően aláhúzendó!

III/IV/2-3 . Kirschner típusú drótok (sima, menetes illetve mindkét végén hegyes):

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
Alapanyaga krómacél és titán.	-	-	Igen/Nem ²⁰
0,8 – 1,5 mm-ig 120- 150 mm hosszúságú titán alapanyagú, folyamatos 2 db biztosítása	-	-	Igen/Nem ²¹
1,8-2,2 mm-ig 120-tól 300 mm hosszúságú titán alapanyagú, folyamatos 2 db biztosítása	-	-	Igen/Nem ²²
2,5 -3 mm-ig 150-tól 300 mm hosszúságú titán alapanyagú, folyamatos 2 db biztosítása	-	-	Igen/Nem ²³
2 mm átmérő és 200 mm hosszúság felett titán kivitelben is rendelkezésre állnak	-	20	Igen/Nem ²⁴

III/IV/4. Kompressziós tűződrót:

²⁰ Megfelelően aláhúzendó!

²¹ Megfelelően aláhúzendó!

²² Megfelelően aláhúzendó!

²³ Megfelelően aláhúzendó!

²⁴ Megfelelően aláhúzendó!

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
A drótok különböző vastagságban szükségesek.	-	-	Igen/Nem ²⁵
Alapanyaga krómacél.	-	-	Igen/Nem ²⁶
mérettartomány: 0,8 – 1,2 mm-ig.	-	-	Igen/Nem ²⁷
2 mm átmérő és 200 mm hosszúság felett titán kivitelben is rendelkezésre állnak	-	20	Igen/Nem ²⁸

III/IV/5. Cerclage-et helyettesítő eljárás:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
Titán lemezekhez adaptálható több hosszban rendelkezésre álló rendszerek	-	-	Igen/Nem ²⁹

²⁵ Megfelelően aláhúzandó!

²⁶ Megfelelően aláhúzandó!

²⁷ Megfelelően aláhúzandó!

²⁸ Megfelelően aláhúzandó!

²⁹ Megfelelően aláhúzandó!

beültető készlet biztosítása	-	-	Igen/Nem ³⁰
2 mm átmérő és 200 mm hosszúság felett titán kivitelben is rendelkezésre állnak	-	20	Igen/Nem ³¹

III/V/1. Radius fej protézis (rekonstrukcióra alkalmatlan törés):

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):
Termék típusa:	-	-	Kérjük megadni
Termék gyártója:	-	-	Kérjük megadni
Rendelkezésre álljon többféle méretben, jó stabilitással, röntgenfelvételeken való jól láthatóság biztosítása mellett	-	-	Igen/Nem ³²
beültető készlet biztosítása	-	-	Igen/Nem ³³
legalább 4 méretben rendelkezésre áll	-	20	Igen/Nem ³⁴

³⁰ Megfelelően aláhúzendó!

³¹ Megfelelően aláhúzendó!

³² Megfelelően aláhúzendó!

³³ Megfelelően aláhúzendó!

³⁴ Megfelelően aláhúzendó!