

## **VI. MŰSZAKI ADATLAP**

a

*„Csontsebészeti implantátumok és protézisek beszerzése konszignációs raktár létesítésével 3 éven keresztül szállítási szerződés keretében  
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom- részére.”*

**tárgyú közbeszerzési eljárás**

**IX. része tekintetében**

### 1.) Kiegészítő útmutató az ajánlattevők számára:

Az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, valamint a „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” oszlopa tartalmazza az ajánlattevők által megajánlott eszköz egyes műszaki paramétereivel szemben támasztott mennyiségi, illetve minőségi műszaki elvárásokat, míg a „megajánlás” oszlopban szereplő adatokat ajánlattevők kötelesek megadni oly módon, hogy a megadott műszaki adatok összehasonlíthatóak legyenek az egyes ajánlatkérői előírásokkal. A táblázat „megajánlás” oszlopát ajánlattevők oly módon kötelesek kitölteni, hogy abból megállapítható legyen a megajánlott eszköz megfelelése az ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki követelménynek. A benyújtott ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezheti, ha az ajánlattevő által benyújtott műszaki adatlapból (pl. az alábbi táblázatban szereplő bármely sor kitöltetlenül hagyásával vagy törlésével) nem állapítható meg a megajánlott eszköz ajánlatkérő által meghatározott valamennyi műszaki elvárásnak való megfelelése. Ajánlattevők az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” és „Súlyszám” oszlopaiban szereplő információkon módosítást nem hajthatnak végre!

### 2.) Műszaki adatlap:

#### **IX. Cementes total térd protézis:**

<b>A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:</b>	<b>A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:</b>	<b>Súlyszám:</b>	<b>Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):</b>
Termék megnevezése:	-	-	Kérjük megadni
Származási ország:	-	-	Kérjük megadni
<b>Vastus medialis</b> megtartó és minimál invazív technikával is beültethető totál felszínpótló térdprotézis az alábbi feltételeknek feleljen meg: Intraoperatív variálhatóság szempontjából a rendszeren belül	-	-	Igen/Nem

„hátsó keresztszalag megtartó – hátsó keresztszalag kiváltó – revíziós – „rotating hinge” zsanéros változatok szükségesek.			
A rendszer a 155 fokos flexiót lehetővé tevő úgynevezett „high-flex” változathoz álljon	-	-	Igen/Nem <sup>1</sup>
Opcionálisan álljon rendelkezésre mozgó platós „flex-mobile” változat is a rendszeren belül.	-	-	Igen/Nem <sup>2</sup>
Legalább 5 db femur, valamint 2 db mikro, 1 db makroméret – összesen 8 méret – és legalább 6 db fémtálcás tibia, valamint 2 mikro, 2 makro méret – összesen 10 méret – és legalább 6 patella átmérő álljon rendelkezésre.	-	-	Igen/Nem <sup>3</sup>
A keresztszalag megtartó implantátumnál bármelyik femur, bármelyik tibia, bármelyik patella egymással szabadon illeszthető legyen (kivéve mikro a makroval, makro a mikroval).	-	-	Igen/Nem <sup>4</sup>
A protézis quadriceps izom megtartó minimál invazív	-	-	Igen/Nem <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>2</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>3</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>4</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>5</sup> Megfelelően aláhúzendó!

technikával beültethető legyen. A behelyező műszerkészlet akár utazó tálcával is lehetséges.			
<b>Revíziós totál térdprotézis:</b> femur komponens, az ehhez szükséges kiegészítő blokkokkal és rögzítést fokozó egyenes és 360 fokban offset stabilizáló szárral, tibia komponens, az ehhez szükséges kiegészítő blokkokkal és rögzítést fokozó mind egyenes, mind 360 fokban offset stabilizáló szárral, és patella komponens.	-	-	Igen/Nem <sup>6</sup>
Az implantátumok és az alap műszerkészlethez illeszthető revíziós műszerelemek alkossák a rendszert.	-	-	Igen/Nem <sup>7</sup>
Az intraoperatív kiterjeszthetőség foglálja magában a „rotating hinge” illetve oldalstabilizált tengelyes lehetőséget is.	-	-	Igen/Nem <sup>8</sup>
A revíziós tibiához, illetve femurhoz egyenes, - vagy magában „offset” szár legyen	-	-	Igen/Nem <sup>9</sup>

<sup>6</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>7</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>8</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>9</sup> Megfelelően aláhúzendó!

kapcsolható, mely 360 fokban bármely irányban beállítható			
A behelyező műszerkészlet akár utazó tálcával is lehetséges.	-	-	Igen/Nem <sup>10</sup>
A femur méretválaszték nagysága (csak az alap protézisre) hátsó keresztszalag megtartó, jobbos-balos kivitelben (db) legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 8 (db)	-	20	..... db. (kérjük megadni)
A tibia tálca méretválaszték nagysága (csak az alap protézisre) (db) legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 10 (db)	-	10	..... db. (kérjük megadni)
Műanyag betét különféle méretben a tibia tálcának megfelelően (nagyság (db)) legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 10 (db)	-	5	..... db. (kérjük megadni)
Műanyag betét különféle méretben a tibia tálcának megfelelően (vastagság) (db) legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 6 (db)	-	5	..... db. (kérjük megadni)

<sup>10</sup> Megfelelően aláhúzandó!

Különböző komponensek kombinálhatósága	-	20	Igen/Nem <sup>11</sup>
Hátsó keresztzalag megtartó, - Hátsó keresztzalag kiváltó revíziós rotating hinge zsanéros változatok megléte	-	20	Igen/Nem <sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Megfelelően aláhúzendó

<sup>12</sup> Megfelelően aláhúzendó!