

## **VI. MŰSZAKI ADATLAP**

a

*„Csontsebészeti implantátumok és protézisek beszerzése konszignációs raktár létesítésével 3 éven keresztül szállítási szerződés keretében  
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom- részére.”*

**tárgyú közbeszerzési eljárás**

**V. része tekintetében**

### **1.) Kitöltési útmutató az ajánlattevők számára:**

Az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, valamint a „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” oszlopa tartalmazza az ajánlattevők által megajánlott eszköz egyes műszaki paramétereivel szemben támasztott mennyiségi, illetve minőségi műszaki elvárásokat, míg a „megajánlás” oszlopban szereplő adatokat ajánlattevők kötelesek megadni oly módon, hogy a megadott műszaki adatok összehasonlíthatóak legyenek az egyes ajánlatkérői előírásokkal. A táblázat „megajánlás” oszlopát ajánlattevők oly módon kötelesek kitölteni, hogy abból megállapítható legyen a megajánlott eszköz megfelelése az ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki követelménynek. A benyújtott ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezheti, ha az ajánlattevő által benyújtott műszaki adatlapból (pl. az alábbi táblázatban szereplő bármely sor kitöltetlenül hagyásával vagy törlésével) nem állapítható meg a megajánlott eszköz ajánlatkérő által meghatározott valamennyi műszaki elvárásnak való megfelelése. Ajánlattevők az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” és „Súlyszám” oszlopaiban szereplő információkon módosítást nem hajthatnak végre!

### **2.) Műszaki adatlap:**

#### **V. Titán alapanyagú elasztikus szegek:**

<b>A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:</b>	<b>A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:</b>	<b>Súlyszám:</b>	<b>Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):</b>
Termék megnevezése:	-	-	Kérjük megadni
Származási ország:	-	-	Kérjük megadni
Tegyen lehetővé minimál invazív beavatkozást.	-	-	Igen/Nem

A szegek a csontban három ponton támaszkodjanak fel és feleljenek meg négy biomechanikai elvárásnak, mint hajlékonyság, axiális stabilitás, keresztirányú és rotációs stabilitás.	-	-	Igen/Nem <sup>1</sup>
Teljes méretsorban legyen elérhető (1.5-4.0 mm átmérőben, illetve 300- 440 mm hosszban).	-	-	Igen/Nem <sup>2</sup>
A beültetéshez szükséges speciális műszerkészlet álljon a kórház rendelkezésére.	-	-	Igen/Nem <sup>3</sup>
A komponensek sterilen is elérhetőek legyenek, sterilitása minimum 5 év legyen.	-	-	Igen/Nem <sup>4</sup>
Színkódolt rendszer biztosított	-	10	Igen/Nem <sup>5</sup>
Végsapkával való lezárhatóság biztosított	-	10	Igen/Nem <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>2</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>3</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>4</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>5</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>6</sup> Megfelelően aláhúzendó!