

## **VI. MŰSZAKI ADATLAP**

a

*„Csontsebészeti implantátumok és protézisek beszerzése konszignációs raktár létesítésével 3 éven keresztül szállítási szerződés keretében  
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom- részére.”*

**tárgyú közbeszerzési eljárás**

**VI. része tekintetében**

### **1.) Kiegészítő útmutató az ajánlattevők számára:**

Az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, valamint a „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” oszlopa tartalmazza az ajánlattevők által megajánlott eszköz egyes műszaki paramétereivel szemben támasztott mennyiségi, illetve minőségi műszaki elvárásokat, míg a „megajánlás” oszlopban szereplő adatokat ajánlattevők kötelesek megadni oly módon, hogy a megadott műszaki adatok összehasonlíthatóak legyenek az egyes ajánlatkérői előírásokkal. A táblázat „megajánlás” oszlopát ajánlattevők oly módon kötelesek kitölteni, hogy abból megállapítható legyen a megajánlott eszköz megfelelése az ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki követelménynek. A benyújtott ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezheti, ha az ajánlattevő által benyújtott műszaki adatlapból (pl. az alábbi táblázatban szereplő bármely sor kitöltetlenül hagyásával vagy törlésével) nem állapítható meg a megajánlott eszköz ajánlatkérő által meghatározott valamennyi műszaki elvárásnak való megfelelése. Ajánlattevők az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” és „Súlyszám” oszlopaiban szereplő információkon módosítást nem hajthatnak végre!

### **2.) Műszaki adatlap:**

#### **VI. Protézisek és egyéb speciális rendszerek:**

##### ***VI/1. „Müller típusú” cementes csípő protézis***

<b>A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:</b>	<b>A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:</b>	<b>Súlyszám:</b>	<b>Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):</b>
Termék megnevezése:	-	-	Kérjük megadni
Származási ország:	-	-	Kérjük megadni
- Szár: „Müller típusú” csípőprotetikai filozófiába illeszthető dupla ék alakú szár, széles, rotáció-stabilitást biztosító egyenes forma, rövid és hosszú nyakváltozatok, 14	-	-	Igen/Nem

szárméret, matt szemcseszórt felszín. Alapanyaga magas nitrogéntartalmú acél			
Fej: 28 mm-es átmérőjű fejek, de elérhető 26, és 32 mm-es átmérőkben is, 6 nyakhosszúság. Egyenletes (4 mm-es) nyakhosszúság emelkedés. Szükség esetén nyaktoldalék lehetősége	-	-	Igen/Nem <sup>1</sup>
Opcionálisan 14-16-os konuszú fejek biztosítása 26, 28, 32 mm-es átmérővel és átmérőnként 6 hosszúságban.	-	-	Igen/Nem <sup>2</sup>
- Vápa: 28 mm-es fejekhez 40-től 62-es külső méretek, 2 mm-es méretemelkedéssel (12 db), de elérhető 26 mm-es (10 méret: 40-től 58-as méretig) és 32 mm-es fejekhez (10 méret: 44-től 62-es méretig) is.	-	-	Igen/Nem <sup>3</sup>
Opcionális vápaperem kiegészítés, illetve revisio lehetőség is legyen elérhető akár utazó tálcával is.	-	-	Igen/Nem <sup>4</sup>
A műszerkészlet legyen egyszerű, kevés alkatrészből álló,	-	-	Igen/Nem <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>2</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>3</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>4</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>5</sup> Megfelelően aláhúzendó!

könnyen karbantartható, kis hibalehetőségű konstrukció.			
10 éves utánkövetéses vizsgálatot fel tudjon mutatni.	-	-	Igen/Nem <sup>6</sup>
A száraz méretválasztéka a legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 14 (db)	-	10	..... db. (kérjük megadni)
A vápák méretválasztéka számszerűen (32mm-es és 26 mm-es fejhez) legalacsonyabb megajánlható:1 (db) legkedvezőbb megajánlható:12 (db)	-	30	..... db. (kérjük megadni)
Fej átmérőnként rendelkezésre álló nyakhosszúság száma legalacsonyabb megajánlható:1 (db) legkedvezőbb megajánlható:6 (db)	-	10	..... db. (kérjük megadni)
12-14 kónuszméret biztosítása	-	10	Igen/Nem <sup>7</sup>
Luxációs vápa elérhetősége	-	20	Igen/Nem <sup>8</sup>

## VI/2. Exeter típusú cementes csípő protézis

<sup>6</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>7</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>8</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<b>A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:</b>	<b>A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:</b>	<b>Súlyszám:</b>	<b>Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):</b>
Termék megnevezése:	-	-	Kérjük megadni
Származási ország:	-	-	Kérjük megadni
Rozsdamentes acél alapanyagú, duplaék alakú („Exeter típusú”) polírozott szárkivitel, melyből legalább 6 méretű normál, legalább 3 méretű offset és legalább 2 méretű hosszított szárkivitel álljon rendelkezésre.	-	-	Igen/Nem
Ezekhez minimálisan 3 nyakhosszúságot biztosító 22, 28, illetve 32 mm-es átmérőjű fej szükséges.	-	-	Igen/Nem <sup>9</sup>
A vápa vonatkozásában legalább 7-7 db 28, illetve 32-es fejméretet befogadó átmérő álljon rendelkezésre.	-	-	Igen/Nem <sup>10</sup>
Minimál invazív A/L, vagy posterolateral mini feltárásból is beültethető legyen.	-	-	Igen/Nem <sup>11</sup>
Szakmai elvárások: A cementes szár legalább 6 standard szárból álló sorozatból álljon, dysplasiás	-	-	Igen/Nem <sup>12</sup>

<sup>9</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>10</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>11</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>12</sup> Megfelelően aláhúzendó!

esetekre extrém vékony szármérettel.			
A cementes szárból extended offset szársorozat is álljon rendelkezésre, legalább 3 méretben.	-	-	Igen/Nem <sup>13</sup>
Dysplasiás esetekre álljon rendelkezésre 44-esnél kisebb vápa is, két méretben.	-	-	Igen/Nem <sup>14</sup>
Revisios lehetőség is legyen elérhető, a behelyező műszerkészlet akár utazó tálcával is lehetséges.			
A műszerkészlet legyen egyszerű, kevés alkatrészből álló, könnyen karbantartható, kis hibalehetőségű konstrukció, akár utazótálca formájában is.			
10 éves utánkövetéses vizsgálatot fel tudjon mutatni.			
A száruk méretválasztéka a legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 14 (db)	-	10	..... db. (kérjük megadni)
A vápák méretválasztéka számszerűen (32mm-es és 26 mm-es fejhez) legalacsonyabb megajánlható:1 (db)	-	30	..... db. (kérjük megadni)

<sup>13</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>14</sup> Megfelelően aláhúzendó!

legkedvezőbb megajánlható:14 (db)			
Fej átmérőnként rendelkezésre álló nyakhosszúság száma legalacsonyabb megajánlható:1 (db) legkedvezőbb megajánlható:6 (db)	-	10	..... db. (kérjük megadni)
12-14 kónuszméret biztosítása	-	10	Igen/Nem <sup>15</sup>
Luxációs vápa elérhetősége	-	20	Igen/Nem <sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Megfelelően aláhúzendó!

<sup>16</sup> Megfelelően aláhúzendó!