

VI. MŰSZAKI ADATLAP

a

*„Csontsebészeti implantátumok és protézisek beszerzése konszignációs raktár létesítésével 3 éven keresztül szállítási szerződés keretében
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom- részére.”*

tárgyú közbeszerzési eljárás

VIII. része tekintetében

1.) Kiegészítő útmutató az ajánlattevők számára:

Az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, valamint a „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” oszlopa tartalmazza az ajánlattevők által megajánlott eszköz egyes műszaki paramétereivel szemben támasztott mennyiségi, illetve minőségi műszaki elvárásokat, míg a „megajánlás” oszlopban szereplő adatokat ajánlattevők kötelesek megadni oly módon, hogy a megadott műszaki adatok összehasonlíthatóak legyenek az egyes ajánlatkérői előírásokkal. A táblázat „megajánlás” oszlopát ajánlattevők oly módon kötelesek kitölteni, hogy abból megállapítható legyen a megajánlott eszköz megfelelése az ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki követelménynek. A benyújtott ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezheti, ha az ajánlattevő által benyújtott műszaki adatlapból (pl. az alábbi táblázatban szereplő bármely sor kitöltetlenül hagyásával vagy törlésével) nem állapítható meg a megajánlott eszköz ajánlatkérő által meghatározott valamennyi műszaki elvárásnak való megfelelése. Ajánlattevők az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” és „Súlyszám” oszlopaiban szereplő információkon módosítást nem hajthatnak végre!

2.) Műszaki adatlap:

VIII. CKP Cervicocapitalis csípőprotézis:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):
Termék megnevezése:	-	-	Kérjük megadni
Származási ország:	-	-	Kérjük megadni
Szár: széles, rotáció-stabilitást biztosító design	-	-	Igen/Nem
rövid és hosszú nyakváltozatok, 14 szárméret	-	-	Igen/Nem ¹

¹ Megfelelően aláhúzendó!

matt szemcseszórt felszín	-	-	Igen/Nem ²
alapanyaga magas nitrogéntartalmú acél	-	-	Igen/Nem ³
Fej: 26 mm-es átmérőjű fejek	-	-	Igen/Nem ⁴
6 nyakhosszúság	-	-	Igen/Nem ⁵
Egyenletes (4 mm-es) nyakhosszúság emelkedés	-	-	Igen/Nem ⁶
Szükség esetén nyaktoldalék lehetősége	-	-	Igen/Nem ⁷
Bipoláris fej: Bipoláris kialakítás	-	-	Igen/Nem ⁸
- 26 mm-es fejekhez illeszkedő belső	-	-	Igen/Nem ⁹
- 2 mm-ként emelkedő méretválaszték 41-től 53-as külső méretig, de szükség esetén elérhető 67 mm-es külső átmérőig is,	-	-	Igen/Nem ¹⁰
- három részből áll:	-	-	Igen/Nem ¹¹

² Megfelelően aláhúzendó!

³ Megfelelően aláhúzendó!

⁴ Megfelelően aláhúzendó!

⁵ Megfelelően aláhúzendó!

⁶ Megfelelően aláhúzendó!

⁷ Megfelelően aláhúzendó!

⁸ Megfelelően aláhúzendó!

⁹ Megfelelően aláhúzendó!

¹⁰ Megfelelően aláhúzendó!

¹¹ Megfelelően aláhúzendó!

<ul style="list-style-type: none"> • külső fémháj: korrózióálló anyagú • belső betét: polietilén anyagú • rögzítő-gyűrű: polietilén anyagú 			
A CKP csípőprotézist biztosító cégnek meg kell felelnie a VI. részben leírt Müller típusú endoprotézisnél leírtaknak is, beleértve a 10 éves utánkövetést is.	-	-	Igen/Nem ¹²
A rendszernek átjárhatónak kell lennie, azokra az esetekre gondolva, amikor a CKP nem ültethető be és konvergálni szükséges totál csípőprotézisre.	-	-	Igen/Nem ¹³
A száraz méretválasztéka legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 14 (db)	-	30 db. (kérjük megadni)
12-14 kónuszméret biztosítása	-	20	Igen/Nem ¹⁴
A CKP fej különféle méretben legalacsonyabb megajánlható: 1 (db) legkedvezőbb megajánlható: 6 (db)		30 db. (kérjük megadni)

¹² Megfelelően aláhúzandó!

¹³ Megfelelően aláhúzandó!

¹⁴ Megfelelően aláhúzandó!