

VI. MŰSZAKI ADATLAP

a

*„Csontsebészeti implantátumok és protézisek beszerzése konszignációs raktár létesítésével 3 éven keresztül szállítási szerződés keretében
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom- részére.”*

tárgyú közbeszerzési eljárás

X. része tekintetében

1.) Kitöltési útmutató az ajánlattevők számára:

Az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, valamint a „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” oszlopa tartalmazza az ajánlattevők által megajánlott eszköz egyes műszaki paramétereivel szemben támasztott mennyiségi, illetve minőségi műszaki elvárásokat, míg a „megajánlás” oszlopban szereplő adatokat ajánlattevők kötelesek megadni oly módon, hogy a megadott műszaki adatok összehasonlíthatóak legyenek az egyes ajánlatkérői előírásokkal. A táblázat „megajánlás” oszlopát ajánlattevők oly módon kötelesek kitölteni, hogy abból megállapítható legyen a megajánlott eszköz megfelelése az ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki követelménynek. A benyújtott ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezheti, ha az ajánlattevő által benyújtott műszaki adatlapból (pl. az alábbi táblázatban szereplő bármely sor kitöltetlenül hagyásával vagy törlésével) nem állapítható meg a megajánlott eszköz ajánlatkérő által meghatározott valamennyi műszaki elvárásnak való megfelelése. Ajánlattevők az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, „műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások” és „Súlyszám” oszlopaiban szereplő információkon módosítást nem hajthatnak végre!

2.) Műszaki adatlap:

X. SPECIÁLIS RENDSZEREK:

A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás:	A műszaki paraméterrel szemben támasztott további ajánlatkérői elvárások:	Súlyszám:	Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):
Termék megnevezése:	-	-	Kérjük megadni
Származási ország:	-	-	Kérjük megadni
1.Csontcement: Legalább 5 éves után követéssel rendelkező, fent leírt protézisekkel kompatibilis, antibiotikumot tartalmazó, vagy	-	10	Igen/Nem ¹

¹ Megfelelően aláhúzendó!

azzal vegyíthető 20 kiszerelesben elérhető csontcement			
3. Csontcement: Legalább 5 éves után követéssel rendelkező, fent leírt protézisekkel kompatibilis, antibiotikumot tartalmazó, vagy azzal vegyíthető 40 g-os kiszerelesben elérhető csontcement	-	10	Igen/Nem ²
4. Felszívódó Kirschner drótok: Többféle méretben, beültető készlet biztosításával, workshop-al egybekötve min. 3 éves utánkövetéssel	-	10	Igen/Nem ³
5. Felszívódó Kirschner csavarok: Többféle méretben, beültető készlet biztosításával, workshop- al egybekötve min. 3 éves utánkövetéssel	-	10	Igen/Nem ⁴
6. Csontpótló anyagok: Legalább 3 éves utánkövetéssel rendelkező, többféle kiszerelesben, beültető készlet biztosításával, workshop-al egybekötve	-	20	Igen/Nem ⁵

² Megfelelően aláhúzendó!

³ Megfelelően aláhúzendó!

⁴ Megfelelően aláhúzendó!

⁵ Megfelelően aláhúzendó!

7. Meniscus varró készülék: Legalább 3 éves utánkövetéssel rendelkező, többféle kiegészítésben, beültető készlet biztosításával, workshop-al egybekötve	-	-	Igen/Nem ⁶
---	---	---	-----------------------

⁶ Megfelelően aláhúzandó!